

Общество с ограниченной ответственностью "Емельянь Савостинъ. Ватная фабрика"

Аналитический паспорт № 13 Б

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная
хлопковая фас. по 50 г

Вата партии № 13 Б


Дата выпуска 03.2023

№ п/п	Наименование качественных показателей	Нормы по Гост 5556-81	Результаты анализа
1	Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более	2,4	2,0
2	Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм.) и хлопковой пыли, % не более	0,15	0,10
3	Засоренность, % не более	0,30	0,11
4	Содержание посторонних примесей: иголок, щепочек и др.	не допускается	нет
5	Зольность, % не более	0,30	0,11
6	Массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более	0,35	0,17
7	Влажность, % не более	8	7,2
8	Поглотительная способность, г. не менее	20	23
9	Капиллярность, мм., не менее	70	75
10	Реакция водной вытяжки	нейтральная	нейтральная
11	Массовая доля хлористых солей, % не более	0,04	0,04
12	Массовая доля сернистых солей, % не более	0,02	0,02
13	Массовая доля кальциевых солей, % не более	0,06	0,06
14	Содержание восстанавливающих веществ	следы	следы
15	Степень белизны % не менее: для стерильной ваты	56	72
16	Запах	не допускается	нет

Заключение ОТК: Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная хлопковая соответствует требованиям Гост 5556-81

Начальник ОТК

Дата 29.02.2024



КОПИЯ ВЕРНА